

Số:

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi : Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức mua sắm Dao mổ điện (Máy cắt đốt điện cao tần) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai – Quốc lộ 1A, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai.

1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông : Nguyễn Văn Thành
- Chức vụ: Phụ trách phòng Quản lý Chất lượng
- Số điện thoại : 0765 112 543

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ Bản cứng Nhận trực tiếp hoặc bưu điện.

Địa chỉ: Phòng Quản lý Chất lượng - Quốc lộ 1A, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai.

+ File mềm gửi qua Gmail: phongqlcl.bvnhi@gmail.com

3. Thời gian tiếp nhận báo giá

- Từ 08 giờ 00 ngày 14 tháng 08 năm 2026 đến trước 16h00 ngày 24 tháng 08 năm 2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 24 tháng 08 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Kính mời Quý Công ty quan tâm và có khả năng cung cấp các mặt hàng phù hợp vui lòng báo giá hàng hóa với nội dung như sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật hoặc tương đương	Khối lượng	Đơn vị tính
1	Dao mổ điện (Máy cắt đốt điện cao tần) Model: SU 100-MPC Hãng sản xuất: ALSA Apparechi Medicali S.r.l – Italy Xuất xứ: Ý Tình trạng: hàng mới	1. Cấu hình: + 01 Máy chính Alsatom SU100-MPC + 01 Công tắc đạp chân chịu nước, chống cháy nổ + 01 Tay dao cắt đốt đơn cực với cáp dài 2,5m + 02 Lưỡi dao cắt đầu dẹt thẳng + 01 Lưỡi dao đốt đầu kim dày + 01 Lưỡi dao đốt đầu kim mỏng + 01 Lưỡi dao đốt đầu tròn Φ2.5mm + 01 Lưỡi dao đốt đầu tròn Φ4mm + 01 Tấm điện cực trung tính inox với cáp dài	1	Bộ

	100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau	2,5m + 01 Dây đai điện cực trung tính + 01 Dây điện nguồn + 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt 2.Yêu cầu kỹ thuật: - Đặc điểm chung: + Thiết bị là máy cắt đốt điện trực tiếp, sử dụng dòng điện cao tần cho các chức năng cắt và đông tụ. + Có các chế độ dòng tiêu chuẩn và dòng xung, giúp giảm nhẹ hiệu ứng nhiệt trên mô và giảm khói trong quá trình sử dụng. + Điều khiển bằng bộ vi xử lý, có chức năng tự kiểm tra khi khởi động, phát hiện và xử lý lỗi trong quá trình hoạt động. + Có khả năng tự động điều chỉnh công suất/ dòng điện theo đặc tính mô. + Bảng điều khiển phía trước sử dụng phím bấm và màn hình hiển thị số. + Có khả năng cài độc lập các dòng cắt và đốt. + Có mạch an toàn điện cực trung tính, kiểm soát tiếp xúc của điện cực với mô và ngắt công suất khi phát hiện tiếp xúc không đảm bảo. + Bàn đạp chân hoạt động bằng khí nén, không sử dụng điện tại bàn đạp, phù hợp sử dụng trong môi trường phòng phẫu thuật. - Các chế độ dòng đơn cực: + Thuần túy: cắt thuần thích hợp sử dụng dưới chất lỏng trong tử cung + Thuần túy xung: cắt thuần xung thích hợp để cắt rất tinh (nhỏ, mịn) với hiệu ứng nhiệt tối thiểu, giảm khói + Hỗn hợp: cắt đốt (cắt đông) + Hỗn hợp xung 1: cắt xung đốt, tương tự kiểu hỗn hợp nhưng giảm hiệu ứng nhiệt và khói. + Hỗn hợp xung 2: cắt xung đốt chậm, tương tự kiểu hỗn hợp nhưng bằng các xung chậm + Micro: đốt tinh vi bằng hiệu ứng đánh lửa chậm + Micro xung: vi đốt bằng các xung đơn có thể điều chỉnh từ 0,1 giây đến 1 giây. Nó chỉ định cho tất cả các vi đốt		
--	---	--	--	--

		+ Chớp lóe: đốt to "chớp lóe" bằng hiệu ứng đánh lửa mạnh. Chỉ định để đốt tất cả các mô, ngay cả dưới chất lỏng và cũng thực hiện nhiều cắt đốt. + Xung chớp lóe: Đốt to "chớp lóe" bằng các xung nhanh. Tương tự kiểu chớp lóe nhưng tinh vi hơn. Chỉ định để giảm khối. - Dòng lưỡng cực Các dòng lưỡng cực: đốt lưỡng cực, sử dụng khi kết hợp với kẹp, kéo, các điện cực kim kẹp và các dụng cụ soi bụng. 3.Thông số kỹ thuật: - Tiêu chuẩn điện: đáp ứng IEC 601-1 và IEC 60601 -2-2 - Class và EC Certificate: IIB, CE0051-nr. 187/MDD - Phân nhóm và loại/mạch ra: ICF/nổi - bảo vệ chống lại máy khử rung (dòng dò cao tần < 150 mA) - Tần số hoạt động đơn cực/ lưỡng cực: 450Hz ± 10% - Điện cung cấp và công suất: 230 V, 50/60 Hz, 370 VA - Làm mát: bằng đối lưu, không dùng quạt - Hệ thống điều khiển - hệ thống MPC: bằng bộ vi xử lý có tự chẩn đoán và dừng lại trong trường hợp có lỗi với tín hiệu cảnh báo (các mã lỗi) - Điều chỉnh công suất ra - hệ thống ADC: tự động với điều khiển động trong thời gian thực bằng vi xử lý và dừng lại khi gặp lỗi (lỗi đầu ra) - Mạch an toàn điện cực trung tính: kết nối và kiểm soát tiếp xúc tốt bằng việc ngắt công suất ra và có tín hiệu báo động - Kích thước và trọng lượng: 22 x 24 x 12 cm - 4,5 kg <u>4.Công suất các dòng cắt đốt:</u> - Cắt thuần túy (Pure): 100 W; 500 Ω; Vpp: 1000; CF: 1,5; M: 0%; DT: 100% - Cắt thuần túy xung (P Pulsed): 50 W; 500 Ω; Vpp: 1360; CF: 3; M: 50%; DT: 100% - Cắt đốt hỗn hợp (Blend): 100 W; 500 Ω; Vpp: 1400; CF: 2,3; M: 0%; DT: 80% - Cắt hỗn hợp xung 1 (B Pulsed 1): 50 W; 500 Ω; Vpp: 1550; CF: 3,5; M: 50%; DT: 80%		
--	--	--	--	--

		- Cắt hỗn hợp xung 2(B Pulsed 1): 38 W; 500 Ω ; Vpp: 1580; CF: 3,6; M: 50%; DT: 80% - Đốt micro (Micro): 80 W; 500 Ω ; Vpp: 1530; CF: 3,4; M: 0%; DT: 50% - Đốt micro xung (M Pulsed): 80 W; 500 Ω ; Vpp: 1530; CF: 3,4; M: 0%; DT: 50% - Đốt chớp lóe (Fulg): 100 W; 750 Ω ; Vpp: 2300; CF: 3,5; M: 0%; DT: 50% - Đốt chớp lóe xung (F Pulsed): 40 W; 750 Ω ; Vpp: 2300; CF: 5; M: 50%; DT: 50% - Đốt lưỡng cực (Bipolar): 100 W; 100 Ω ; Vpp: 500; CF: 2,8; M: 0%; DT: 100%		
--	--	--	--	--

- Yêu cầu: Báo giá theo file mẫu đính kèm.
 - Cung cấp giấy ủy quyền của hãng (nếu có)
 - Cung cấp giá kê khai, giá niêm yết (nếu có)
 - Cung cấp kết quả lựa chọn nhà thầu, hợp đồng đã thực hiện hàng hóa tương tự gần nhất (nếu có)
- Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu VT, P.QLCL, P.TBYT.

GIÁM ĐỐC

Lê Anh Phong

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ: SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai

Theo thư mời số..... ngày.../.../2026 về việc Công ty chúng tôi báo giá các mặt hàng theo nhu cầu mua sắm của Bệnh viện như sau:

STT	Tên hàng hóa	Chi tiết kỹ thuật	Phân nhóm (nếu có)	Chủng loại/ Mã hàng	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	SDK/ GPNK/ PCB	Số lượng (có khả năng cung ứng)	ĐVT	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Ghi chú
													Số quyết định trúng thầu và hợp đồng tương tự bằng hình thức đấu thầu rộng rãi, mã IB mời thầu

Đơn giá chào bằng Đồng Việt Nam, giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt thiết bị và hướng dẫn sử dụng.

Hàng hóa mới 100%, đảm bảo đúng quy cách, chủng loại và các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Phương thức thanh toán:

Thời gian giao hàng :

Thời gian bảo hành:

Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Báo giá này có hiệu lực ngày kể từ ngày/..../2026.

[Tên Công ty] cam kết đảm bảo khả năng cung cấp linh kiện, phụ tùng thay thế chính hãng và dịch vụ kỹ thuật cho thiết bị trong thời gian ít nhất 5 – 7 năm kể từ khi hết hạn bảo hành.

[Tên Công ty] cam kết đơn giá hàng hóa cung cấp trong báo giá này là giá cạnh tranh nhất tại thời điểm báo giá. Chúng tôi đảm bảo đơn giá này không cao hơn giá trúng thầu hoặc giá bán cho các đơn vị khác tại cùng một thời điểm và điều kiện cung ứng tương ứng. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của thông tin này

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)